


Protocolo Español de CC en Radiodiagnóstico

Implicaciones en la práctica clínica

Dra. Amparo Esteban
SERAM



Subcomité

Ginés Madrid García

*Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital G. U. Morales
Meseguer, Murcia.*

Responsable de asuntos profesionales de la SERAM

*Vicepresidente de la sección de gestión y calidad de la SERAM
(SEGECA)*

Ángel Morales Santos

Radiólogo del Hospital Donostia, San Sebastián.

Secretario de la sección de gestión y calidad de la SERAM (SEGECA)

Dulce Gómez Santos

*Jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen, Hospital Universitario de
Fuenlabrada (Madrid)*

Responsable de finanzas de la SERAM


Amparo Esteban Peris

*Radióloga del Servicio de Diagnóstico por Imagen, Hospital
Universitario de Fuenlabrada (Madrid)*

La visión del radiólogo

Cinco pilares en la calidad

1. El diagnóstico útil
2. La calidad de imagen
3. El tiempo de respuesta
4. La satisfacción del usuario
5. La seguridad del paciente





1. El diagnóstico útil

- Control de las solicitudes
- Sesiones hospitalarias
- Tasa de aciertos diagnósticos
- Tasa de exploraciones innecesarias
- Tasa de controles innecesarios

2. La calidad de imagen

- Eficacia de la imagen en relación al propósito para el que ha sido realizada



3. El tiempo de respuesta

- El estudio sólo será útil si el médico prescriptor recibe el informe a tiempo para tomar decisiones que condicionen un cambio en el diagnóstico, pronóstico o tratamiento del paciente
- “Tiempo límite de respuesta” dependiendo del circuito o ámbito de la solicitud

4. Satisfacción del usuario

- El tiempo de cola
- El tiempo de espera en sala
- Encuestas de satisfacción al paciente
- Encuestas de satisfacción al peticionario

$$\text{Valor del radiólogo} = \frac{\text{necesidades que se solucionan}}{\text{costes de accesibilidad} + \text{costes de incertidumbre}}$$

5. Seguridad del paciente


- RD 815/2001 “quedan prohibidas todas aquellas exploraciones que no puedan justificarse”
- Justificación del uso de RI
- Principios ALARA, cumplimiento de guías de indicación y adecuación de pruebas diagnósticas al caso clínico

PGC

Actualización anual

Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico

REVISIÓN 2011





© 1990 United Feature Syndicate, Inc.